

国保京丹波町病院心電計仕様書

1 メーカー・品名・型式

メーカー	フクダ電子株式会社
品名	多機能心電計（解析機能付き）
型式	F C P－7 5 4 1

2 機器構成

購入予定の心電計は、下記の機器構成以上を備えていることとする。

番号	品 名	型 式	数 量
1	解析付心電計本体	F C P－7 5 4 1	1 式
2	トロリー（210MM幅心電計用）	O T E－0 1	1 台
3	付属品セット（心電計用）	A S E－0 2	1 パック
4	コードハンガ	O A－3 0 0 A	1 本
5	カードアダプタ	B N－S D A G P 3	1 パック
6	コンパクトフラッシュカード	F C F－1 2 8 T	1 パック
7	バッテリーパック	F C P－7 5 4 1 B A T T E R Y	1 パック
8	磁気カードリーダー	F T－7 0 0 S－1 R－2 0 0 4	1 パック
9	磁気カードリーダー取付金具	O A－3 0 9	1 パック
1 0	ワニグチケーブル	C M－8 9 C L A M P T Y P E	1 本
1 1	その他	必要と考えられるもの	

3 本体機能

購入予定の心電計は、下記の機能以上の性能を備えていることとする。

番号	本体機能
1	安静時、及び負荷後の標準12誘導心電図が測定できること
2	不整脈解析検査ができること
3	R－R計測検査ができること
4	マスターステップ検査ができること
5	液晶ディスプレイはカラー表示で、対角12.1インチであること
6	ディスプレイ部の解像度は1,024×768ドットでタッチパネル方式であること
7	記録紙幅は210mmで、記録は高密度サーマルプリント方式の採用により、記録密度11.8dot/mmで心電図波形を鮮明に描画できること

8	患者情報入力の手入力タッチパネル及び操作パネルキーで行えること。また磁気カードリーダーを併用することで自動的に読み込みができること
9	最新心電図自動解析プログラムが搭載されていること。また解析の種別は、臨床成人用、スクリーニング用、老人保健法の内容に準拠したプログラムを有すること
10	安静時12誘導心電図から、高位肋間のブルガダ型心電図波形を予測・検出可能なこと
11	10分間波形フリーズ機能が搭載されていること
12	波形収録後、心電図データをメモリカードへ自動保存できること
13	同一IDで再収録した際に、「この被検者の心電図は既に収録されています」等の、医療ミスを防止するメッセージ表示機能を有すること
14	頻繁に使用する動作を操作パネル上のカスタムキーに割り当てる事が可能であること
15	その他必要と考えられる性能

3 納入期限

購入予定の心電計は、平成23年10月31日（月）までに納入することとする。

4 納入場所

購入予定の心電計は、国保京丹波町病院に納入することとする。

5 内訳書に関する事

入札書の提出に併せ、所定の内訳書を提出すること。

提出が無かった場合、又は所定以外の様式による内訳書を添付し、入札した場合、入札書を無効として取り扱うので留意すること。

詳細については、入札共通事項3（3）内訳書を参照すること。

6 その他

購入予定の心電計は、新品とする。

購入業者からは保守契約は行わないこととする。