

別紙

レーザー手術装置購入仕様書

購入物品名

名称：オペレーザーPRO

購入物品技術的要件

- 1 レーザー光の種類は、炭酸ガスであり、発振波長は、 $10.6\mu\text{m}$ であること。
- 2 定格出力は、 $0.5\text{W}\sim 7\text{W}$ であること。
- 3 発振モードは、連続発振、スーパーパルス発振を有すること。
- 4 照射モードは、連続、シングルパルス、リピートパルス照射が使い分けできること。
- 5 ハンドピースが、標準で2種類備わっていること。
- 6 可視ガイド光が、グリーンであること。
- 7 レーザー導光方式が、6関節マニピュレーター式であること。