

# 国保京丹波町病院電気メス仕様書

## 1 メーカー・品名・型式

メーカー	株式会社 アムコ
品名	高周波手術装置
型式	VIO200S スタンダードモデル

## 2 機器構成

購入予定の電気メスは、下記の機器構成以上を備えていることとする。

番号	品名	型式	数量
1	高周波手術装置 本体 VI0200S	E12-1159 (スタンダードモデル)	1式
2	専用架台	603-0017	1台
3	2ペダルフットスイッチ	E12-0965	1個
4	1ペダルフットスイッチ	E12-0962	1個
5	NESSYオメガ対極板	E12-0727	1箱
6	その他	必要と考えられるもの	

## 3 本体機能

購入予定の電気メスは、下記の機能以上の性能を備えていることとする。

番号	本体機能
1	常に安定した切開・凝固能力を得るための、高周波出力電圧自動維持機能が搭載されていること。
2	切開モードにはオートカット及びエンドカット機能が搭載されていること。
3	凝固モードにはソフト凝固とフォースド凝固及びバイポーラソフト凝固機能が搭載されていること。
4	装置使用中に必要な情報のみを提供することで、見間違い、設定変更ミスを予防するフォーカスビュー機能が搭載されていること。
5	その他必要と考えられる性能

## 4 納入期限

購入予定の電気メスは、平成24年9月28日（金）までに納入することとする。

## 5 納入場所

購入予定の電気メスは、国保京丹波町病院に納入することとする。

## 6 内訳書に関する事

入札書の提出に併せ、所定の内訳書を提出すること。

提出が無かった場合、又は所定以外の様式による内訳書を添付し、入札した場合、入札書を無効として取り扱うので留意すること。

詳細については、入札共通事項3（3）内訳書を参照すること。

## 7 その他

- ・購入予定の電気メスは、新品とする。
- ・購入業者は現在国保京丹波町病院にある電気メスの処分を行うこととする。