

国保京丹波町病院生体情報モニタ購入仕様書

1 メーカー・品名・型式

品名	生体情報モニタ
メーカー	オムロンコーリン株式会社
型式	HBP-2070-NEXT
必要台数	1式

2 機器構成

購入予定の生体情報モニタは、下記の機器構成以上を備えていることとする。

番号	品名	型式	数量
1	生体情報モニタ	HBP-2070-NEXT	1
2	レコーダユニット	HBP-2070-PRT	1
3	バッテリー	HBP-BAT-2070	1
4	専用架台	ST-18	1
5	ベッド架台	ST-18F	1
6	デュラセンサ	DS-100A	1

3 本体機能

購入予定の生体情報モニタは、下記の機能以上の性能を備えていることとする。

番号	本体機能
1	心電図・呼吸数・動脈血酸素飽和度・非観血圧・心拍数が1台のモニタで測定可能であること。
2	モニタには2chの記録器が内蔵されており、記録可能であること。
3	ディスプレイ部は7インチ型のカラー液晶ディスプレイであること。
4	搬送を考慮して連続して最大6時間の電源供給が可能なバッテリーが内蔵されていること。
5	状態が異常になったときはアラーム機能で知らせることが可能であること。
6	生体情報モニタ（HBP-2070-NEXT）を安定して設置でき、安全に移動できる専用架台があること。
7	ベッド等移動の際、生体情報モニタ（HBP-2070-NEXT）を安定して設置でき、安全に移動できるベッド架台があること。
8	数値データを大きく拡大し、見やすくする画面表示があること。
9	波形情報は最大3波形まで表示できる機能であること。
10	リアルタイムに測定する心拍数・動脈血酸素飽和度アラーム時に血圧測定を起動させる機能が搭載されていること。
11	画面表示は日本語表示であること。

4 納入期限

購入予定の生体情報モニタは、平成25年2月28日（木）までに納入することとする。

5 納入場所

購入予定の生体情報モニタは、国保京丹波町病院に納入することとする。

6 内訳書に関すること

入札書の提出に併せ、所定の内訳書を提出すること。

提出が無かった場合、又は所定以外の様式による内訳書を添付し、入札した場合、入札書を無効として取り扱うので留意すること。

詳細については、入札共通事項3（3）内訳書を参照すること。

7 その他

- ・購入予定の生体情報モニタは、新品とする。
- ・購入業者からは保守契約は行わないこととする。
- ・入札機器のうち薬事法に基づく製造承認が必要な医療機器に関しては、入札時点で薬事法に定められている製造の承認を得ている物品であることとする。